

分体式电磁流量计接线注意事项

- 1.分体式电磁流量计的传感器与转换器连接电缆尽可能短，不要将多余的电缆卷在一起。
- 2.连接电缆不能与其他电缆线，如变压器、电动机及其它电缆装一起，其距离至少大于 1m。
- 3.连接电缆不能在中途断开或短路也不能改变订货要求长度。电缆布线应尽量避免干扰源。