

高压电磁流量计安装时对工艺管的要求

高压电磁流量计对安装点的上、下游工艺管有一定的要求，否则影响测量精度。

- 1、上、下游工艺管的内径与传感器的内径相同，并应满足： $0.98DN \leq D \leq 1.05DN$
(式中 DN：传感器内径，D：工艺管内径)
- 2、工艺管与传感器必须同心，同轴偏差应不大于 $0.05DN$